



# 南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Measurement and Testing Technology

## 检定证书

### VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号 第 01212468-069 号  
Certificate No

送检单位  
Applicant

南京市妇幼保健院

计量器具名称  
Name of Instrument

血压计

型号/规格  
Model/Specification

(0~40) kPa

出厂编号  
Serial Number

23802388 设备编号:药物临床实验机构

制造单位  
Manufacturer

江苏鱼跃

检定依据  
Verification Regulation

JJG 270-2008 《血压计和血压表检定规程》

检定结论  
Conclusion

合格

批准人  
Approved by

徐昇

(检定专用章)  
stamp

核验员  
Checked by

余艳川

检定员  
Verified by

章志威

检定日期

Date of Verification

2021 年 09 月 27 日

Year Month Day

有效期至

Valid until

2022 年 03 月 26 日

Year Month Day



计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址:南京市栖霞区仙林大道10号

Add: No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱: jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务查询: 025-85410283

Tel. for inquire about

业务(投诉)电话: 025-86735513

Tel.

邮编: 210049

PostCode

传真: 025-86735513

Fax

### 检定所使用的计量标准

Standard of Measurements Used in The Verification

名称 Name	血压计（表）检定装置
测量范围 Measuring range	(0~40) kPa
不确定度或准确度 等级或最大允许 误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	0.2级
计量标准考核证书号 Certificate No.	[2000]市量标宁法证字第908号
有效期至 Valid until	2024 年 05 月 05 日 Year Month Day

本计量标准的量值可溯源至国家基准

This standard of measurement used in this verification be traceable to the national primary standard in the P.R.C

### 检定的环境条件和地点

Environmental Conditions and place of the Verification

温度: 20°C 相对湿度: 54% 其它: /  
Temperature Relative Humidity Others

地点: 南京市妇幼保健院  
Place

### 其它技术说明

Other Technical Notes

注: 1. 未经许可, 部分复制本证书内容无效。

Note It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.

2. 本证书提供的结果仅对本次被检的样品有效。

It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) Verification.

3. 本证书未加盖检定专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

检定结果:  
Results of Verification

检定项目	技术指标	检定结果
外观检查	符合规程4.1	符合要求
零位检查	符合规程3.1	符合要求
气密性检查	符合规程3.3	符合要求
灵敏度检查	符合规程3.2	符合要求
指针平稳性	符合规程3.5	/
示值误差(kPa)	最大允许误差: $\pm 0.5\text{kPa}$	+0.3

以下空白

\*注: 在填写检定结果时, 如需要, 可另加附件说明。

Note: Filling in the results of verification, if need be, may add to statements.